床毯燃烧测试仪
ZY6246A

适用范围

用以检测床毯织物的阻燃性能及织物表面火焰蔓延性能，该测试方法为在规定时间内，以标准化的火焰对试样表面进行燃烧，从而对标准试纸的燃烧、损毁程度或变色进行观察，进而对测试织物进行分级评定。

符合标准

符合ASTM D4151-2010的试验标准。

产品特点

具有操作简单、结构合理、测试精准的特点。

技术参数

- 试验箱：内部尺寸为:高520mm，宽375mm,深220mm。用不锈钢制成，顶部12个直径12.7mm的通气孔。前面为玻璃观察窗；ASTM D4151-2010之6.1节要求；
- 样品安装基座和支架：ASTM D4151-2010之6.2节要求。
- 燃烧器：ASTM D4151-2010之6.3和6.4节要求
- 燃烧器为18号针头，符合ASTM D4151-2010之6.3要求；
- 火焰测量标尺：测量燃烧器火焰高度，精确度为1mm；
- 压力表：0~0.25Mpa,精度为0.5级。
- 控制部分：符合ASTM D4151-2010之6.1.2要求
- 点火器：为高压自动点火
- 燃烧计时：0—99.99s任意设定，分辨率为0.01s，精度为0.1s
- 续燃计时：0—99.99s任意设定，分辨率为0.01s，精度为0.1s
- 自动控制：如点火、燃烧计时、续燃计时等。
- 刷毛装置：符合ASTM D4151-2010之6.5要求; 由两排直径为0.41mm的尼龙鬃簇组成，每簇20根鬃丝，每25mm有4簇两排毛簇交错排列，毛簇平整，长度为19mm;

关于我们

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

联系我们

公司地址：中国广东省东莞市万江区流涌尾汾溪路第一工业园
公司电话：0769-89066618
传　　真：0769-89066619
邮　　箱：vivi@zonskysz.com
网　　址：www.zonskysz.com
销售电话：欧阳薇薇 15820889098
热　　线：400-882-3908