



## 地毯燃烧测试仪(铺地纺织品燃烧试验箱)ZY6238A



### 技术参数

- ◆ 热螺母法:将不锈钢螺母在马弗炉中加热到900℃。待测试样放入测试箱中,用坩埚钳把卡位环放在试样上,加热后的螺母放在卡位环中央,30秒后移走螺母,然后可以进行测量,以评价样品上火点的蔓延。
- ◆ 乌洛托品药丸法:待测试样放入测试箱中,卡位环放置在试样上,点燃标准药丸,火焰熄灭后,即可进行测量以评价燃烧效果。
- ◆ 试验箱:内部尺寸为300\*300\*300mm,与石棉水泥板相似的硬质耐火绝缘板制成,厚度大于6mm。箱顶敞开,有一块用同一材料制成的可移动的钢板。结合处不漏气。箱体为开门方式,便于测试进行。
- ◆ 金属框压板:方形230\*230mm,厚 $6.5\pm 0.5$ mm,中间开一个直径为205mm的圆孔。
- ◆ 干燥器:存放片剂及干燥试样,建议使用变色硅胶作为干燥剂。透明圆形塑料板,直径为204mm,中心处开一个直径为7mm的小圆孔。
- ◆ 片剂:为六次甲基四胺(商品名为乌洛托品)的扁平片剂,每片质量为 $150\pm 5$ mg,直径为6mm-6.5mm。符合16 CFR 1630。



### 适用范围

适用于检测地毯在承受小火焰时的易燃性能及阻燃性能。可以按照两种方法测试:热金属螺母方法和乌洛托品药丸法。



### 符合标准

符合GB/T11049-2008;16 CFR 1630试验标准。



### 产品特点

具有操作简单、结构合理、测试精准的特点。

### 关于我们

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年,是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业;经过全体同仁十多年的不懈努力,中诺已发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业;企业实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业管理模式,实行7S管理,引进先进的企业管理ERP系统;中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证,先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项,并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

### 联系我们

公司地址:中国广东省东莞市万江区流涌尾汾溪路第一工业园

公司电话:0769-89066618

传 真:0769-89066619

邮 箱:vivi@zonskysz.com

网 址:www.zonskysz.com

销售电话:欧阳薇薇 15820889098

热 线:400-882-3908

